

## YÊU CẦU BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>

### Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Chuyên khoa Sản-Nhi tỉnh Sóc Trăng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chuyên khoa Sản-Nhi tỉnh Sóc Trăng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phạm Hiếu Trung, số điện thoại: 0909607966, địa chỉ email: [bvsnst.dvttyt@gmail.com](mailto:bvsnst.dvttyt@gmail.com)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - VTTBYT, Bệnh viện Chuyên khoa Sản-Nhi tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ 645 đường Tôn Đức Thắng, khóm 3 phường 5, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

- Nhận qua email: [bvsnst.dvttyt@gmail.com](mailto:bvsnst.dvttyt@gmail.com) (Quý hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá gửi 01 file mềm excel và 01 file scan).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 20 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 30 tháng 10 năm 2023.

#### Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2023.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): gồm phụ lục 01: Danh mục trang thiết bị yêu cầu báo giá đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản-Nhi tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ 645 đường Tôn Đức Thắng, khóm 3 phường 5, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

5. Các thông tin khác:

Quý hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi kèm theo báo giá các tài liệu sau: Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư y tế./.

*Noi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.



BSCKII. Chung Xán Định

**Mẫu báo giá**  
**Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết**

**bị y tế  
BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

Kính gửi: **Bệnh viện Chuyên khoa Sản-Nhi tỉnh Sóc Trăng**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Chuyên khoa Sản-Nhi tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hàng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hàng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hàng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng/ khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn vị tính	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VND)	Quy cách	Mã kê khai giá
1	Thiết bị A												
2	Thiết bị B												
n	...												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày .... tháng... năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.... năm....

**Đại diện hợp pháp của hàng sản xuất, nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

(1) Hàng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hàng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hàng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi chung loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hàng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chung loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hàng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hàng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG  
BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN-NHI

**Phụ lục 1**  
**DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU XIN BÁO GIÁ**

Số thứ tự	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy cưa bột cầm tay	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hãng sản xuất: Châu âu</li> <li>- Thông số kỹ thuật:           <ul style="list-style-type: none"> <li>+Tốc độ vòng quay: 12000- 21000 vòng/ phút</li> <li>+ Nguồn điện: 220- 240v</li> </ul> </li> </ul>	1	Cái
2	Máy cắt ép túi thanh trùng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Túi cuộn có thể áp dụng: Chiều rộng cuộn: 50~400mm, đường kính cuộn: lớn nhất 250mm.Đường kính trong của ống giấy: 50~75mm</li> <li>- Năng suất: ≥7 cái/phút</li> <li>- Chiều dài cắt: 20cm (12~999cm)</li> <li>- Số lượng cắt: 1pc (1~999pcs)</li> <li>- Thời gian dán: 2giây (1~3giây)</li> <li>- Phạm vi nhiệt độ dán: 110V~230V</li> <li>- Nguồn điện: AC 230V / 500W</li> </ul>	1	Cái
3	Bộ dụng cụ tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng		1	bộ
3.1	Thảm xốp tập PHCN	60cm*60cm*5cm ( $\pm 5\%$ )	15	Cái
3.2	Nệm tập vật lý trị liệu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KT:120x100x7cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- Mousse dày 5cm bọc simily, Tập vận động</li> </ul>	2	Cái
3.3	Nạng (nặng nách, nặng khuỷu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nặng hợp kim nhôm,</li> <li>- Chiều cao tối thiểu: 95 cm -115cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- C27Chiều cao tối đa: 115 cm -135cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> </ul>	2	Cặp
3.4	Gậy tập đi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu inox, loại 1 chân, loại 4 chân</li> <li>- Chiều cao tối thiểu: 72cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- Chiều cao tối đa: 72cm + 12cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> </ul>	1	Cái

<b>Stt</b>	<b>Danh mục</b>	<b>Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật</b>	<b>Số lượng/khối lượng</b>	<b>Đơn vị tính</b>
3.5	Bục dạng chân trẻ khuyết tật	- Kích thước: dài 20cm x cao 10cm, đầu lớn rộng 19cm, đầu nhỏ rộng 8cm (Tất cả kích thước $\pm 5\%$ )	1	Cái
3.6	Bục dạng chân trẻ khuyết tật	- Kích thước: dài 30cm x cao 10cm, đầu lớn rộng 20cm, đầu nhỏ rộng 9cm (Tất cả kích thước $\pm 5\%$ )	1	Cái
3.7	Bục dạng chân trẻ khuyết tật	- Kích thước: dài 45cm x cao 14cm, đầu lớn rộng 30cm, đầu nhỏ rộng 13cm (Tất cả kích thước $\pm 5\%$ )	1	Cái
3.8	Trục lăn	- Kích thước: 10X45cm ( $\pm 5\%$ ) - Mousse bọc simily, ống nhựa.	1	Cái
3.9	Trục lăn	- Kích thước: 12X50cm ( $\pm 5\%$ ) - Mousse bọc simily, ống nhựa.	1	Cái
3.10	Trục lăn	- Kích thước: 15x60cm ( $\pm 5\%$ ) - Mousse bọc simily, ống nhựa.	1	Cái
3.11	Trục lăn	- Kích thước: 20x80 cm ( $\pm 5\%$ ) - Mousse bọc simily, ống nhựa.	1	Cái
3.12	Trục lăn	- Kích thước: 25x80cm ( $\pm 5\%$ ) - Mousse bọc simily, ống nhựa.	1	Cái
3.13	Trục lăn	- Kích thước: 30x80cm ( $\pm 5\%$ ) - Mousse bọc simily, ống nhựa.	1	Cái
3.14	Bóng tập	Chất liệu cao su đàn hồi, bề mặt: tròn, gai, kích thước: 45 cm, 55 cm, 65cm ( $\pm 5\%$ )	2	Bộ/2 bóng
3.15	Túi chườm		2	Cái
3.16	Bóng gai tập mạnh cơ tay	Chất liệu cao su đàn hồi, kích thước 7,5cm, 9 cm ( $\pm 5\%$ )	4	Cái
3.17	Dụng cụ tập thở (bóng, spirometer...)	Ba quả bóng với 3 màu Đỏ – Vàng – Trắng chỉ giá trị hít vào lần lượt là 600cc/giây, 900cc/giây và 1200cc/giây ( $\pm 5\%$ ) Có bộ lọc khí ở ống nối, an toàn hơn.	2	Bộ
3.18	Giường tập phục hồi chức năng	- Khung sườn sắt sơn - Kích thước: 200x100x50cm ( $\pm 5\%$ ) - Nệm dày 5cm ( $\pm 5\%$ )	1	Cái

<b>Stt</b>	<b>Danh mục</b>	<b>Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật</b>	<b>Số lượng/khối lượng</b>	<b>Đơn vị tính</b>
3.19	Đèn hồng ngoại	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện áp: 220V/3A/60Hz</li> <li>- Công suất 250W</li> <li>- Chiều cao tối đa 1,750mm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- Chiều cao tối thiểu 1,100mm (<math>\pm 5\%</math>)</li> </ul>	1	Cái
3.20	Thanh song song	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đế sắt sơn, thanh tay nắm Inox, thanh trượt inox</li> <li>- Kích thước phủ bì : 300x70x75-100cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- Chiều cao tay vịn lan can có thể điều chỉnh từ 75 đến 100 cm</li> <li>- Kích thước sử dụng : 300x 45x68-100cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> </ul>	1	Bộ
3.21	Ghế góc tam giác chỉnh tư thế ngồi cho trẻ em	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung sắt sơn, chỗ ngồi bọc simily</li> <li>- Kích thước: 70x50x90 cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- Chỗ ngồi: ngang 40 cm, sâu 28 – 35 cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- chỗ ngồi - tựa tay : 20 cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- chỗ ngồi - đầu: 50 cm , ngang ngực: 33 cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- Gối - bàn chân : 13-22 cm (<math>\pm 5\%</math>).</li> </ul>	1	Cái
3.22	Ghế tập ngồi cho trẻ bại não	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung sắt sơn, chỗ ngồi mouse bọc simily</li> <li>- Kích thước: 67x50x110cm (<math>\pm 5\%</math>)(<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- chỗ ngồi : ngang 35 cm,sâu 30 – 40 cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- chỗ ngồi - tựa tay : 18- 24 cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- chỗ ngồi - đầu : 57 cm , ngang ngực : 32 cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- Gối- bàn chân : 10-30 cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> </ul>	1	Cái
3.23	Khung tập đứng cho trẻ bại não	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung sắt sơn.</li> <li>- Kích thước: 96x60x93-118cm(<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- Tựa lưng:72x40 cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- Chân: 35x40 cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- Bàn chân - mặt bàn : 75 cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> </ul>	1	Bộ
3.24	Ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung sắt sơn</li> <li>- Chỗ ngồi mousse bọc simily, +12kg tạ thép gang, cây đá,tạ Inox</li> <li>- Kích thước: 108x103x88cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> <li>- Chỗ ngồi: 55x37 cm (<math>\pm 5\%</math>)</li> </ul>	1	Cái

<b>Số thứ tự</b>	<b>Danh mục</b>	<b>Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật</b>	<b>Số lượng/khối lượng</b>	<b>Đơn vị tính</b>
3.25	Máy tập 3 trong 1: tay kéo mạnh cơ tay, tập quay tay có kháng lực, tập đạp chân có kháng lực	Máy Tích hợp: xe đạp tập, ròng rọc tập phục hồi chức năng Kích thước: 56 x 44 x 160cm ( $\pm 5\%$ )	1	Cái
3.26	Cầu thang tập đi	Kích thước: D220cmxR160cmxC150cm ( $\pm 5\%$ ) Kiểu dáng: chữ L, 2 hướng, có bậc nghỉ, có tay vịn	1	Cái
4	Máy rã đông huyết tương	- Khả năng chứa: 02 túi máu - Dung tích bể: 8 -10 lít ( $\pm 5\%$ ) - Vật liệu bể, giỏ chứa: thép không rỉ - Kích thước ngoài: 286 x 413 x 375 mm ( $\pm 5\%$ ) - Kích thước bể: 207 x 280 x 191 mm ( $\pm 5\%$ )	1	Cái
5	Đầu dò đa tần 4C-RS	- Dải tần số: 2-5 MHz - Số chấn tử: 128 ( $\pm 5\%$ ) - Góc quét mở rộng: 81 độ ( $\pm 5\%$ ) - Độ sâu khảo sát tối đa: 42 cm ( $\pm 5\%$ ) - Sử dụng được cho máy siêu âm Voluson P8 hoặc tương đương	1	Cái