

Cần Thơ, ngày 02 tháng 02 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Phục vụ công tác Mua sắm trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các Công ty , cửa hàng trang thiết bị y tế tại Việt Nam.

Bệnh viện Chuyên khoa Sản-Nhi Sóc Trăng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản-Nhi Sóc Trăng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người nhận: Kha Hiếu Sơn

- Điện thoại: 0939.961.968

- Email : bvsnst.dvtyt@gmail.com

-Địa chỉ: Khoa Dược - VTTBYT, Bệnh viện Sản-Nhi Sóc Trăng, địa chỉ số 645 đường Tôn Đức Thắng, Phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp, email

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ khi đăng tải thành công trên mạng đấu thầu quốc gia, Website Bệnh viện đến trước 17 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 02 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa và yêu cầu kỹ thuật

TT	Danh mục hàng hoá	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm	- Model : GSM-200E-4G - Tham số đo lường: Nhiệt độ, độ ẩm - Loại đầu dò: Bên ngoài - Đơn vị đo: Nhiệt độ: °C, °F; Độ ẩm: % RH - Dải đo: Nhiệt độ: -40 ~ + 125 °C - Độ chính xác: Nhiệt độ: ± 0,2 °C (0 ~ + 65 °C); Độ ẩm: ± 3% RH (10 ~ 90% RH, 25 °C) ± 4% RH - Độ phân giải: Nhiệt độ: 0,1 °C; Độ ẩm: 0,1% RH - Khả năng lưu trữ: 25920 hoặc 500000 lần đọc (Tùy chọn phần mềm) - Thời gian phản hồi: 5 phút (Đầu dò bên ngoài) - Thời gian lấy mẫu: 5 giây - Thời gian cập nhật hiển thị: 5 giây	Cái	02

		- Màn hình: LCD - Nhiệt độ hoạt động: -10 °C ~ + 50 °C - Nhiệt độ bảo quản: -20 °C ~ + 60 °C - Nguồn cấp: 4 viên pin kiềm AA 1.5V; USB 5V / 2A - Tuổi thọ pin: Khoảng 1 năm (Điều kiện: Dung lượng pin 2000mAh, nhiệt độ hoạt động 25 °C, số lượng tin nhắn sẽ không được gửi quá 12 tin nhắn mỗi ngày) - Lớp bảo vệ: IP65 - Kích thước: 109 * 96 * 35mm - Vật liệu: ABS		
2	Chỉ thị đồng băng	- Model : Freeze - tag - Kích thước (L x W x H): 49 x 30 x 10.5 mm - Kích thước LCD: 10 x 10 mm - Trọng lượng: 12 g - Phạm vi nhiệt độ: -20 °C to +55 °C / -4 °F to +131 °F - Mức cảnh báo: A) 10 phút hoặc 60 phút dưới 0 °C / +32 °F B) 60 phút dưới -0.5 °C / +31.1 °F	Cái	02

2.Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Sản-Nhi Sóc Trăng, địa chỉ 645 đường Tôn Đức Thắng, Phường Sóc Trăng, TP.Cần Thơ.

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo thoả thuận 2 bên

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý công ty/Nhà cung cấp/ Đơn vị *Định*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.



Tên Công ty:.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:.....
Mã số thuế:.....

BẢO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Sản-Nhi Sóc Trăng

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn vị tính	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)	Quy cách	Mã kê khai giá
1	Thiết bị A												
2	Thiết bị B												
n	...												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]
- Chúng tôi cam kết:
 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))